

Załącznik nr 1 – Wymagania dotyczące wag wchodzących w skład zestawu do kontroli towarów paczkowanych

I.p.	Oczekiwane parametry techniczne
I. Pierwsza waga nieautomatyczna	
1	- obciążenie maksymalne: 60 kg
2	- działka legalizacyjna: e=10 g
3	- wymiary szalki: co najmniej 300 mm x 400 mm
4	- wskazana temperatura pracy: + 5°C - + 40°C
5	- waga powinna być przenośna z walizką transportową (przeznaczona do bardzo częstego transportu)
6	- waga powinna być klasy dokładności 2 i mieć możliwość adiustacji wewnętrznej z możliwością wydruku raportu tej adiustacji
7	- oprogramowanie musi zapewniać obróbkę wyników kontroli towarów paczkowanych metodą referencyjną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. 2022 poz. 2255) i zapewnić wydruk z pomiarów tary oraz być zgodne z art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.
8	- komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu wagi lub na komputerze powinny być w języku polskim
9	- waga powinna być nowa i przejść pomyślnie procedurę oceny zgodności
10	- waga powinna mieć możliwość współpracy i podłączenia do komputera po łączu USB
11	- gwarancja: min. 24 miesiące
II. Druga waga nieautomatyczna	
	- obciążenie maksymalne: 6 kg
	- działka legalizacyjna: e=0,1 g
	- wskazana temperatura pracy: + 5°C - + 40°C
	- wymiary szalki: co najmniej 200 mm x 200 mm
	- waga powinna być przenośna z walizką transportową (przeznaczona do bardzo częstego transportu)
	- waga powinna być klasy dokładności 2 i mieć możliwość adiustacji wewnętrznej z możliwością wydruku raportu tej adiustacji
	- oprogramowanie musi zapewniać obróbkę wyników kontroli towarów paczkowanych metodą referencyjną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. 2022 poz. 2255) i zapewnić wydruk z pomiarów tary oraz być zgodne z art. 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.
	- komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu wagi lub na komputerze powinny być w języku polskim
	- waga powinna być nowa i przejść pomyślnie procedurę oceny zgodności
	- waga powinna mieć możliwość współpracy i podłączenia do komputera po łączu USB
	- gwarancja: min. 24 miesiące